Optionen und Ausstattung

Bei der Konfiguration der NEO-Behandlungseinheit von Fimet kann aus einer großen Vielfalt an Optionen Ihren Wünschen und Vorlieben entsprechend gewählt werden.

NEO-Arztelement

Platz für fünf Instrumente und kann die folgenden Optionen beinhalten:

Elektrische/-r Mikromotor/-en mit oder ohne Bürsten, mit Licht

Turbinenversorgungsschlauch/-schläuche mit Licht

Ultraschallscaler, mit oder ohne Licht

3- oder 6-Wege-Spritze

LED-Polymerisationslampe

Intraoralkamera

Assistenzelement

Umfasst:

Saugschläuche mit hohem und geringem Volumenstrom

Optionale Spritze

Optionale LED-Polymerisationslampe

Optionale Interoralkamera

Wassereinheit

Kann folgende Optionen enthalten:

Integrierter Amalgamabschneider

Ventile für Nassabsaugsystem

Wasserbehälter

Abnehmbares Porzellanbecken

Saugfilter

Warmwasserversorgung

Standards

CE-Zulassung gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EEC

IEC 60601-1: 2005 getestet

ISO 9001 und ISO 13485 zertifiziertes Qualitätsmanagement-System

NEO-Patientenstuhl

Umfasst:

Armlehnen um 90° seitlich drehbar für leichtes Ein- und Aussteigen des Patienten, auch abnehmbar

Vier individuell programmierbare Einstellungen inkl. Programm für die Endposition

Doppelgelenk-Kopfstütze

Fussteil abknickbar

Weitere Ausstattung und Optionen:

LED-Patientenleuchte

Halterung für Interoralkamera- und Bildschirmintegration

Kabelloser, multifunktionaler Fußschalter für Stuhl und Instrumentenfunktionen

Ablage für ein oder zwei Normtrays

